



## ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

**Заявитель**, Акционерное общество "МИКАРД-ЛАНА", ОГРН: 1027809196458, Сведения о государственной регистрации: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 15 по Санкт-Петербургу 25.11.2015

Адрес места нахождения: 191014, РОССИЯ, город Санкт-Петербург, Фуражный переулок, дом 3, лит. Ж, Телефон: +78123095019, E-mail: lbn40@mail.ru

в лице Генерального директора Конобасова Александра Михайловича

**заявляет, что** Комплекс для автоматизированной интегральной оценки функционального состояния сердечно-сосудистой системы "Кардиометр-МГ".

Исполнения КФС-01.001, КФС-01.002, КФС-01.003.

**изготовитель** Акционерное общество "МИКАРД-ЛАНА", Адрес места нахождения: 191014, РОССИЯ, город Санкт-Петербург, Фуражный переулок, дом 3, лит. Ж, ОГРН: 1027809196458, Телефон: +78123095019, E-mail: lbn40@mail.ru

Код ТН ВЭД 9018110000. Код ОКПД2 26.60.12.121.

Серийный выпуск продукции в соответствии с ТУ 9441-001-20512541-96.

**соответствует требованиям** Технического регламента Таможенного союза

"Электромагнитная совместимость технических средств" (ТР ТС 020/2011),

УТВЕРЖДЕН Решением Комиссии Таможенного союза от 09 декабря 2011 г. № 879.

**Декларация о соответствии принята на основании**

Протокол испытаний № 25066051-18-СИЦ от 23.08.2018 Испытательной лаборатории Ассоциации "Сертификационный Испытательный Центр", Россия, 195112, г. Санкт-Петербург, Малоохтинский проспект, дом 68, литер Б, корпус 2, помещения 110-111, аттестат аккредитации RA.RU.21ME95 (дата внесения в реестр 25.02.2016)..

**Дополнительная информация**

Стандарты см. Приложение № 1 на 1 листе. Срок службы изделия не менее 5 лет. Условия хранения и транспортирования: температура воздуха: от - 60 °С до +50 °С, эксплуатации: от + 10 °С до +35 °С, верхнее значение относительной влажности воздуха 80 % при + 25 °С. Продукция маркируется единым знаком обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза на изделии, упаковке и на товаросопроводительной документации.

**Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 29.08.2023 включительно**



Конобасов Александр Михайлович

(Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.МЛ03.В.00349

Дата регистрации декларации о соответствии: 30.08.2018

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 лист 1

К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ ЕАЭС N RU Д-RU.МЛ03.В.00349

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждение требованиям национального стандарта или свода правил
ГОСТ 30324.1.2-2012	Изделия медицинские электрические. Часть 1-2. Общие требования безопасности. Электромагнитная совместимость. Требования и методы испытаний.	Разделы 3 и 36.



Заявитель

подпись

Конобасов Александр Михайлович

(Ф.И.О. заявителя)